

Барометр кварцевый МД-20

8 8005558195

для заказов: lab@6498195.ru

**Москва +7 495 6498195, Санкт-Петербург
+7 812 3366395, Пермь +7 342 2480895,
Новосибирск +7 383 3832595, Казань +7
843 2122295, Томск +7 382 2990295**

МД-20 барометры кварцевые промышленного исполнения



Кварцевые барометры МД-20 предназначены для измерения атмосферного давления, могут эксплуатироваться как в автономном режиме, так и в составе автоматических метеорологических комплексов.

Приборы внесены в Государственный реестр средств измерений.

Области применения: гидрометеорология, экология, агрометеорология, авиация и т.д.

Кварцевые барометры выпускаются в двух исполнениях:

- **МД-20** – металлический корпус, питание от сети переменного тока или от источника постоянного тока.
- **МД-20-1** – пластмассовый корпус, питание от сети переменного тока.

Конструктивно барометры серии МД-20 выполнены в прямоугольном корпусе, внутри которого расположены:

- светодиодный индикатор;
- микроконтроллер;
- плата управления индикацией;
- кварцевый преобразователь давления и температуры ПДТК-0,1-МР-22;
- АС-DC блок питания (только для МД-20);
- аккумуляторная батарея (только для МД-20).

При помощи кварцевого датчика ПДТК-0,1-МР-22, в непрерывном режиме, абсолютное давление преобразуется в частотные выходные сигналы, затем в цифровой код, с последующим отображением на индикаторе прибора. По выбору оператора выводится информация:

- об измеренном атмосферном давлении в гПа или в мм рт. ст. с периодичностью 10 секунд;
- о барометрической тенденции в гПа (знак, значение барометрической тенденции за 3 ч);
- о дате (число, мес.);
- о времени (ч, мин).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Рабочий диапазон измерений атмосферного давления	от 600 до 1100 гПа
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	±0,3 гПа
Питание	- напряжение от сети переменного тока от 187 до 242 В, частотой от 48,5 до 51,5 Гц; - напряжение от источника постоянного тока от 9 до 14 В (для МД-20)
Потребляемый ток, не более	0,1 А
Сохранность работоспособности времязадающего устройства при отключении питающего напряжения, не менее	3 суток
Интерфейс для передачи данных на ПК	RS-232; RS-485
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур	-30...+50°C (В-4.2; О-1.3)
Относительная влажность	98% при температуре +35°C

Габаритные размеры (ДхШхВ)	208x238x140 мм (МД-20); 200x102x140 мм (МД-20-1);
Масса	4 кг (МД-20); 0,7 кг (МД-20-1)

Стандартный комплект поставки:

Барометр кварцевый **МД-20** в комплекте:

- жгут «=12 В»;
- жгут «~220 В»;
- жгут «МД20-ПК»;
- жгут заземления «⊥»;
- вставка плавкая ВП1-1-0,5 А 250 В;
- вставка плавкая ВП1-1-2,0 А 250 В;
- комплект технической документации;
- компакт-диск CD-R с программным обеспечением ПО для работы с ПК;
- жгут интерфейсный RS-485;
- преобразователь RS232 - RS485.

Барометр кварцевый **МД-20-1** в комплекте:

- блок питания стабилизированный БПС 15 В-0,35А;
- жгут «МД20-ПК»;
- жгут заземления «⊥»;
- комплект технической документации;
- компакт-диск CD-R с программным обеспечением ПО для работы с ПК.

Барометры кварцевые МД-20

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 30594-05
Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ИЛАН.416123.008ТУ.

Назначение и область применения

Барометры кварцевые МД-20 (далее - МД-20) предназначены для измерений атмосферного давления.

Области применения: гидрометеорология, экология, агрометеорология, авиация и другие смежные с ними области.

Описание

Принцип действия МД-20 основан на непрерывном преобразовании абсолютного давления кварцевым датчиком в частотные выходные сигналы с последующим преобразованием их в цифровой код и вычислении физических значений атмосферного давления.

МД-20 обеспечивает:

- автоматическое измерение атмосферного давления;
- вычисление барометрической тенденции в гПа;

вывод информации в цифровом виде на индикационном табло МД-20 по выбору оператора:

- а) об измеренном атмосферном давлении в гПа или в мм рт. ст. с периодичностью 10 с,
- б) о кодах по давлению и температуре в Гц,
- в) о барометрической тенденции в гПа (знак, значение барометрической тенденции за 3 ч),
- г) о дате (число, мес.),
- д) о времени (ч, мин);

- накопление информации об измеренном атмосферном давлении и вычисленной барометрической тенденции в электронной памяти с периодичностью 3 ч в течение последних 30 суток;
- передачу формата сообщения от МД-20 по интерфейсу RS-232 в ПК об измеренном атмосферном давлении и вычисленной барометрической тенденции.

Наличие встроенного кварцевого датчика температуры позволяет корректировать показания по каналу измерений атмосферного давления в диапазоне рабочих температур.

Корпус МД-20 прямоугольной формы, выполнен из пластмассы. В центре передней панели расположено шестирядное цифровое индикационное табло, выполненное на базе индикатора жидкокристаллического ITS-E0822 фирмы INTECH, предназначенное для визуального отображения информации. Внизу панели расположен индикатор светодиодный ИС, состоящий из 7 индикаторов единичных АЛ307БМ, светящееся состояние которых сигнализирует об отображаемой информации на индикационном табло МД-20 в данный момент. В этом же ряду справа расположен выключатель кнопочный SPA-106В1, с помощью которого оператор выбирает необходимую информацию, которая отображается в цифровом виде на индикационном табло. На задней панели расположены: вилка CANON DB-9M для связи с ПК по интерфейсу RS-232, вставка плавкая, пе-

реле, выключатель сетевой для включения электропитания МД-20, далее расположено гнездо в корпусе К375К для подключения блока питания стабилизированного БПС 15 В-0,8 А, который питается от сети переменного тока напряжением 220 В; внизу справа расположены штуцер с резьбой для подачи измеряемого давления в рабочую полость преобразователя давления, аккумуляторы типа Д-0,03Д-У1 в количестве 3 шт. закрытые крышкой.

В состав МД-20 входят: индикатор светодиодный ИС ИЛАН.433823.001, микроконтроллер МК ИЛАН.467444.020, плата управления индикацией ПУИ ИЛАН.468380.006, преобразователь давления и температуры кварцевый ПДТК-0,1МР.

По условиям эксплуатации МД-20 удовлетворяют требованиям ГОСТ 15150-69 для исполнения В 4.2 в диапазоне рабочих температур от 5 до 35 °С.

Основные технические характеристики.

Рабочий диапазон измерений атмосферного давления, гПа, в интервале диапазона атмосферного давления от 600 до 1100 гПа, не менее.....100.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа.....±0,3.

Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В..... от 187 до 242;

Ток потребления, А, не более.....0,05.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более.....200х149х102.

Масса, кг, не более.....0,7.

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее.....10000.

Средний срок службы, лет, не менее.....6.

Рабочие условия эксплуатации МД-20:

температура окружающей среды, °С.....от 5 до 35;

относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, до 80.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на передней панели МД-20 методом компьютерной графики на лазерном принтере с последующим ламинированием и на эксплуатационную документацию в верхней части титульного листа.

Комплектность

В комплект поставки входят: барометр кварцевый МД-20; блок питания стабилизированный БПС 15 В-0,8 А ЭКМЮ.436230.000ТУ; жгут МД-20-ПК; комплект эксплуатационной документации, методика поверки.

Поверка

Поверка МД-20 проводится в соответствии с документом «Барометр кварцевый МД-20. Методика поверки ИЛАН.416123.008Д28», утвержденным начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ и входящим в комплект поставки.

Средства поверки: барометр образцовый переносной БОП-1М-1 ИКЛВ.406525.001ТУ, диапазон измерений от 300 до 1100 гПа, погрешность ± 0,1 гПа.

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 8.223-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $2,7 \cdot 10^2 \div 4000 \cdot 10^2$ МПа».

ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ИЛАН.416123.008ТУ «Барометр кварцевый МД-20. Технические условия».

Заключение

Тип барометров кварцевых МД-20 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.