Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01

КФК-3-01 - наиболее универсальный фотоколориметр,
благодаря своему широкому диапазону.
Возможно подключение к компьютеру.

8 8005558195, для заказов: lab@6498195.ru
www.spectrofotometr.ru

Фотоколориметр КФК-3-01 измеряет:
измерение пропускания и оптической плотности на фиксированных длинах волн;
измерение концентрации;
кинетические измерения на фиксированной длине волны.
Область применения:
в аналитических лабораториях предприятий теплоэнергетического комплекса;
на предприятиях водоснабжения;
в металлургической, химической, пищевой промышленности и других отраслях;
в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Технические характеристики Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01:
Размер 405х360х165
Диапазон измерений концентрации, ед. конц. 0,001-9999,000
Диапазон измерения оптической плотности, Б 0 – 3
Диапазон измерения СКНП, % 1 - 93
Источник излучения галогеновая лампа КГМ12-10-2
Источник питания сеть 220В ±22 с частотой 50,0 ±0,5 Гц
Масса, кг, не более 11
Мотребляемая мощность, ВА, не более 60
Погрешность измерения СКНП, % ± 0,6
Погрешность установки длинны волны, нм ± 3,0
Рабочая длинна кювет, мм 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100
Спектральный диапазон, нм 315 - 1000
Средство измерения Да
Выделяемый спектральный интервал 5 -7 нм
Диапазон измерений СКНП 1 - 99 %
Диапазон измерений оптической плотности 0,004 –2 Б
Диапазон показаний СКНП 0,1 - 120 %
Диапазон показаний оптической плотности 0 – 3 Б
Диапазон показаний концентрации 0,001 – 9999 ед. конц

Комплект поставки Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01:
Спектрофотометр 1 шт.
В стандартную комплектацию входит набор кювет № 4.
Типоразмеры 10 мм, 20 мм, 30 мм (количество кювет каждого типоразмера в наборе - по 3 шт.). .
Сертификат об утверждении типа СИ 1 экз.
Паспорт с отметкой о поверке и РЭ 1 экз.
Методика поверки 1 экз.
Сертификат об утверждении типа СИ
Паспорт